

Brezžični hišni vodomer REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI- KW30-REDAC-RADIO.



Brezžični hišni vodomer REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je univerzalni hišni vodomer s tovarniško vgrajenim brezžičnim adapterjem MT REDAC, ki je bil posebej razvit za uporabo v horizontalnih ceveh za hladno vodo.

Brezžični hišni vodomer REDAC tip MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je zasnovan za vgradnjo v horizontalne cevi za hladno vodo. Brezžični hišni vodomer REDAC tip MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je večcurkovni suhotečni vodomer iz medenine pri katerem v mokrem okolju deluje samo rotor.

Motnje onesnažene vode ne morejo vplivati na zaprt in vrtljiv merilnik, ki ostane optimalno zaščiteno pred usedlinami in korozijo. Uporabljeni materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in visoko natančnost merjenja. Magnetni prenos je varen pred nedovoljenim odpiranjem in izpolnjuje najnovejše tehnične zahteve.

Brezžični hišni vodomer REDAC tip MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je predhodno opremljen z brezžičnim adapterjem REDAC tip MT-WMRA1-C-N. Vsi modeli brezžičnega hišnega vodomera REDAC tip MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO so skladni z evropsko direktivo o merilnih instrumentih (MID).

Brezžični vodomer za hladno vodo REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je idealen za integracijo v brezžične sisteme MT-REDAC zaradi tovarniško vgrajenega brezžičnega adapterja MT-REDAC.



REDAC RADIO



Brezžični hišni vodomer MT REDAC tip MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-WW30-REDAC-RADIO v izvedbi za hladno vodo



REDAC RADIO

BREŽŽIČNI HIŠNI VODOMER REDAC TIPA MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO – KOMUNIKACIJSKI TALENT ZA RADIJSKI SISTEM MT REDAC

Brezžični hišni vodomer REDAC tipa MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO se prilagodi vašim potrebam. Tovarniško vgrajen brezžični adapter REDAC tipa MT-WMRA1-C-N omogoča integracijo vodomeroev MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO v brezžične sisteme MT-REDAC.

To omogoča prenos podatkov o porabi prek radijskega telegrama REDAC na brezžične zbiralnike podatkov MT-DACOS in brezžične repetitorje podatkov MT-RARE-1 brez potrebe po vstopu v nepremičnine, stanovanja ali poslovne prostore za odčitavanje vodomeroev.



Večcurkovni vodomer za hladno vodo MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je zasnovan za uporabo v horizontalnih ceveh za hladno vodo.


Brezžični hišni vodomer REDAC tipa MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO s tovarniško vgrajenim radijskim adapterjem REDAC tipa MT-WMRA1-C-N je bil v osnovi razvit za integracijo široke palete razpoložljivih osnovnih hišnih vodomerov MT Modumess v radijske sisteme MT-REDAC in posledično omogočanje daljinskega odčitavanja prek radijskega sistema MT-REDAC.

Visoka zanesljivost skeniranja in zaznavanja smeri toka

Induktivno skeniranje modulacijskega kazalca zagotavlja izjemno zanesljivo in sinhrono merjenje na komunikacijskih moduli MT-WMRA1-C-N. Ti moduli imajo funkcijo zaznavanja smeri pretoka. V primeru negativne smeri pretoka (obratni tok) se impulzi ponovno oddajo šele, ko je vzpostavljena pravilna smer pretoka in je preseženo zadnje štetje.

Brezžični hišni vodomer REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je idealen za zahtevne aplikacije.

Ne glede na to, ali gre za zasebne domove ali večje komercialne in industrijske objekte, brezžični vodomer REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO ponuja zanesljivo in natančno merjenje porabe vode v vsakem scenariju. Ta vodomer, ki združuje inovativno tehnologijo s praktično modularnostjo, predstavlja dolgoročno in prihodnostno rešitev za sodobno upravljanje nepremičnin in vode.



Visoko natančno skeniranje diska dajalnika mehanskega osnovnega vodomera s tuljavami po induktivnem principu

Mehanski vodomer tipa MT-MTK-MTW-MODUMESS tvori stabilno osnovo za vodomer M-Bus MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO.

Mehanski večcurkovni hišni vodomer tipa MT-MTK-MTW-MODUMESS predstavlja stabilno in zanesljivo osnovo za elektronski radijski hišni vodomer REDAC MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO.

TEHNIČNA BROŠURA

Kot popolnoma suhotečni mehanski večcurkovni hišni vodomér z magnetno sklopko za prenos vrtilnega gibanja zagotavlja natančno in dolgotrajno merjenje porabe vode.

Ta popolnoma suhotečna zasnova ohranja merilni mehanizem popolnoma izoliran od pretoka vode. To zagotavlja ne le izjemno dolgo življenjsko dobo, temveč tudi izjemno visoko natančnost merjenja.

Suho delovanje preprečuje usedline in zagotavlja zanesljivo delovanje vodomera v vseh pogojih.

Napredno načelo magnetne sklopke omogoča natančen in varen prenos vrtilnega gibanja, ne da bi voda kdajkoli vstopila v merilno območje. Ta tehnologija zagotavlja visoko odpornost proti obrabi.

Natančen prenos vrtilnega gibanja iz merilnega mehanizma na merilno enoto prek magnetne sklopke zagotavlja zanesljive rezultate merjenja v vsakem trenutku.



Prilagodljivost in vsestranskost zahvaljujoč mehanskemu vodomeru MT-MTK-MTW-MODUMESS

Mehanski vodomer MT-MTK-MTW-MODUMESS je idealen za natančno merjenje hladne pitne vode. Zaradi tehnologije suhega teka je primeren ne le za zasebna gospodinjstva temveč tudi za uporabo v poslovnih stavbah in industrijskih območjih. S široko paletto modelov vodomer pokriva različne zahteve in ponuja zanesljivo rešitev tako za majhne kot velike inštalacije.


Vendar pa je njegova resnična prednost v prilagodljivosti. Ta vodomer predstavlja osnovo za razširitev na sodobne tehnologije daljinskega odčitavanja in komunikacije.

Z robustno konstrukcijo in odlično merilno natančnostjo MT-MTK-MTW-MODUMESS ne zagotavlja le zanesljive osnove za vsakodnevno delovanje temveč omogoča tudi enostavno integracijo radijskega adapterja REDAC ali drugih razpoložljivih komunikacijskih adapterjev za žično M-Bus, brezžično M-Bus in LoRa radio.

Ta radijski adapter REDAC (model MT-WMRA1-C-N) je v modelu MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO že tovarniško nameščen, parametriziran in zapečaten.

S tem se vodomer spremeni v zmogljivo komponento omrežnega digitalnega sistema odčitavanja vodomeroev. Ta rešitev, ki je pripravljena na prihodnost, omogoča učinkovito, brezhibno in stroškovno učinkovito beleženje porabe vode – bodisi za zasebna gospodinjstva, poslovne stavbe ali industrijske aplikacije.


TEHNIČNI PODATKI MEHANSKEGA VEČCURKOVNEGA BAZNEGA HIŠNEGA VODOMERA TIPA MT-MTK-MTW-MODUMESS




w

Položaj namestitve	tip	Dolžina* D v mm	Višina V v mm (približno)	H1 v mm	Nazivni pretok Q ₃ v m ³ /h	Nazivni premer DN v mm	Priključni navoj v palcih	Zagon** v l/h	Pretok Q' pri padcu tlaka 1 bar v l/h (približno)	Teža v kg (približno)
vodoravno	M TK-HWX M TW-HWX	165	82	34	2,5	15	G ¾ B	8	4500	1,5
		190	84	32	4	20	G 1 B	8	5600	1,6
		260	93	44	6,3	25	G 1 ¼ B	14	11000	2,9
		260	93	44	10	25	G 1 ¼ B	17	12500	2,9
		260	93	44	10	32	G 1 ½ B	17	12500	2,9
		300	101	55	16b)	40	G 2 B	19	24000	4,9
		300a)	118	57	25b)	50	G 2 ½ B	20	31250	9,5
		300a)	118	70	25b)	50	F50	20	31250	11,5
		105	130	18	2,5	20	G 1 B	8	5500	1,7
Navpična (dvižna cev)	M TK-SWX M TW-SWX	105	130	18	4	20	G 1 B	8	5500	1,7
		150	148	24	6,3	25	G 1 ¼ B	14	12500	2,8
		150	148	24	10	25	G 1 ¼ B	17	12500	2,8
		150	181	30	16b)	40	G 2 B	19	26000	4,7
Navpično (padajoča cev)	M TK-FWX M TW-FWX	105	130	17	4	20	G 1 B	8	5500	1,9

Tipična krivulja izgube tlaka mehanskega baznega vodomera MT-MTK-MTW-MODUMESS, HORIZONTALNA IZVEDBA



Tipična krivulja napake mehanskega baznega vodomera MT-MTK-MTW-MODU-MESS, HORIZONTALNA IZVEDBA



TEHNIČNI PODATKI RADIJSKEGA ADAPTERJA TIPA MT-WMRA1-C-N, ŽE VGRAJENEGA IN KONFIGURIRANEGA V BAZNEM HIŠNEM VODOMERU TIPA MT-MTK-MTW-MODUMESS

Mehanski vodomer MT-MTK-MTW-MODUMESS je idealen za natančno merjenje hladne pitne vode. Zaradi tehnologije suhega teka je primeren ne le za zasebna gospodinjstva temveč tudi za uporabo v poslovnih stavbah in industrijskih območjih. S široko paleto modelov vodomer pokriva različne zahteve in ponuja zanesljivo rešitev tako za majhne kot velike inštalacije.

Radijski adapter REDAC tip MT-WMRA1-C-N za hišne vodomere tipa MODUMESS z naslednjimi specifikacijami:

- Na vodomere Modumess se lahko namesti kadar koli
- Integrira se s sistemom za daljinsko odčitavanje REDAC
- Skenira disk senzorja, ki se nahaja pod valjčnim merilnikom gospodinjskega vodomera MT-MTK-MTW-MODUMESS z uporabo induktivnega principa skeniranja (tuljave).
- Elektronski sistem za zaznavanje nedovoljenih posegov, ki zazna nepooblaščen odstranitev radijskega modula iz hišnega vodomera MT-MTK-MTW-MODUMESS in te informacije brezžično prenese na nameščene zapisovalnike podatkov DACOS.
- Shranjevanje in prenos naslednjih vrednosti: trenutna poraba, vrednost datuma obračuna, datum datuma obračuna, 13 mesečnih vrednosti, koda napake, datum napake
- Mehanska zaščita s plombo pred nedovoljenim posegom
- Zaščitni razred IP 65 – izvedba z notranjo anteno
- Zaščitni razred IP 61 – izvedba z zunanjo fleksibilno anteno
- Preizkušeno glede elektromagnetne združljivosti v skladu z EN 300220-1, preizkušeno glede imunosti v skladu z EN 300220-2, preizkušeno glede emisij v skladu z EN 301498-1 in EN 301498-3
- Skladnost CE



Radijski adapter za hišne vodomere tipa MT-WMRA1-C-N z integrirano notranjo anteno



Radijski adapter za hišne vodomere tipa MT-WMRA1-C-N z zunanjo anteno za izboljšano brezžično delovanje

Napajanje	3-voltna litijeva baterija
Življenjska doba	8 let
Prenos podatkov	Združljivo z brezžičnimi merilnimi sistemi REDAC
Protokol	Lastniški brezžični protokol REDAC
Frekvenčni pas	868,0 MHz
Prenosna frekvenca	Vsaki 2 uri
Vrednost impulza	1 liter
Komunikacija	enosmerno
Temperatura okolice	1 °C – 65 °C
Skeniranje diska senzorja vodomera	induktivno prek tuljav
Razred zaščite	IP65 – Izvedba z notranjo anteno IP61 – Izvedba z zunanjo fleksibilno anteno
Vmesnik	Transponderski vmesnik za konfiguracijo in zagon
Antena	■ Izvedba z notranjo anteno ■ Različica z zunanjo fleksibilno anteno (izboljšana radijska zmogljivost)

U konformitetna izjava proizvajalca hišnih vodomeroz za hladno vodo MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO

Hišni vodomeroz za hladno vodo MT-MTK-MTW-MODUMESS-HORI-KW30-REDAC-RADIO je s strani proizvajalca označen kot MTK/MTW, MT-E



EU KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG

Ausführung	Zulassungsnummer	Revision	Gültig bis	Benannte Stelle
Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung gültige Revisionen				
MTK/MTW; MT-E	SK 20-MI001-SMU060	1	02.04.2030	1781
Hersteller		Wasser-Geräte GmbH Max-Planck-Strasse 20 D-78549 Spaichingen		

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. erklärt hiermit, dass oben gelistete Produkte konform sind mit den Anforderungen der:

Richtlinie 2014/32/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt
↑ Amtsblatt der Europäischen Union L96/149 vom 29.3.2019 ↑

und harmonisierte Normen oder normative Dokumente für die Konformität erklärt wird:

OIML R49

und weitere Standards und technische Spezifikationen:

ISO 4064

Das Qualitätsverfahren der Produktion, Endproduktkontrolle und Prüfung der Wasserzähler (MI-001) wurde genehmigt durch die benannte Stelle 1781 SMU gemäß der Richtlinie **2014/32/EU Annex II; Modul D**

Zertifikat Nr.:	SK 26-QD-SMU016	ausgestellt am	27/1/2026	gültig bis	27/01/2029
-----------------	------------------------	----------------	-----------	------------	------------

Spaichingen, den 19.02.2026


Herold Petrei
Geschäftsführer

Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen

Tel.: +49 (0) 7424 / 95 99-0
Fax: +49 (0) 7424 / 95 99-20

Internet: www.wasser-geraete.de
E-Mail: info@wasser-geraete.de

Version24-19.2.2026

Eigenerklärung zur Konformitätserklärung


Nr.	Ausführung	Zulassungsnummer
Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung gültige Revisionen		
1	VTZ/BWZ	SK 15-MI001-SMU039
2	Unimeter UP6000	SK 13-MI001-SMU030
3	ETW	SK 12-MI001-SMU024
4	UP-WG-O	SK 15-MI001-SMU037
5	MNR (MNRS)	SK 16-MI001-SMU042
6	WP-WG-W	SK 18-MI001-SMU055
7	MTK/MTW	SK-20-MI001-SMU060
Hersteller		Wasser-Geräte GmbH Max-Planck-Strasse 20 D-78549 Spaichingen

Die Firma Wasser-Geräte GmbH bestätigt hiermit, dass die Produkte den Anforderungen der Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes nach §17 (3) TVO entsprechen und die derzeit noch geltenden Leitlinien mit etwaigen Übergangsfristen eingehalten werden.

- Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe
- Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien
Übergangsregelung (KTW-BWGL)
- Elastomer Leitlinie
- TPE-Übergangsempfehlung

Die Produktionskontrolle von Wasser-Geräte GmbH wird durch das zertifizierte Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 gewährleistet.

Spaichingen, 23.07.2026
Wasser-Geräte GmbH


 Herold Petrei
 Geschäftsführer

Die SAFE+ Certification GmbH hat an der Ausarbeitung dieser Erklärung mitgewirkt.



Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 841 04 Bratislava,
Slovenská republika



CERTIFIKÁT O SCHVÁLENÍ SYSTÉMU KVALITY

Certificate on approval of the quality system

Číslo dokumentu: <i>Document number:</i>	SK 26-QD-SMU016	Revízia 0 <i>Revision 0</i>
V súlade s: <i>In accordance with:</i>	nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z., ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu <i>Government Ordinance of the Slovak Republic No. 145/2016 Coll. relating to the making available on the market of measuring instruments as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 328/2019 Coll., which implemented the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments</i>	
Žiadateľ / Výrobca: <i>Applicant / Manufacturer:</i>	Wasser-Geräte GmbH, Max-Planck Str. 20, 78549 Spaichingen, Germany	
Kategória meradla: <i>Measuring instrument categories:</i>	Vodomery (MI-001) <i>Water meters (MI-001)</i>	
Spôsobilosť pre: <i>Eligible for:</i>	vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu v súlade s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z., príloha č. 2, Modul D <i>declaration of conformity based on quality assurance of the production process in accordance with Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments, Annex II, Module D</i>	
Platnosť do: <i>Valid until:</i>	27. januára 2029 <i>January 27, 2029</i>	
Počet strán: <i>Number of pages:</i>	3	
Notifikovaná osoba: <i>Notified body:</i>	Slovenský metrologický ústav 1781 <i>Slovak Institute of Metrology 1781</i>	
Dátum vydania: <i>Date of issue:</i>	27. januára 2026 <i>January 27, 2026</i>	

Viliam Mazúr
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Tento dokument môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Bez podpisu a odtlačku pečiatky je neplatný.
This certificate shall not be reproduced except in full. Certificates without signature and stamp are not valid.

V13-PP02/COCV/020625



Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát č. SK 26-QD-SMU016, Revízia 0 zo dňa 27. januára 2026
The Certificate No. SK 26-QD-SMU016, Revision 0 dated January 27, 2026

strana 2 z 3 strán
page 2 of 3 pages

Rozsah platnosti:

Scope:

Pracovisko:

Site:

1. Wasser-Geräte GmbH,
Max-Planck Str. 20, 78549 Spaichingen, Germany
2. Ningbo Wasser-Geräte Co. Ltd.,
No. 9, Xinxing Road, Chalu, Ninghai, 315606, Zhejiang, China

Druh meradla:

Vodomery (MI-001)

Measuring instrument types:

Water meters (MI-001)

No.	Type	Certificate No.	Issued by NB	Valid until
1	SJ HD	SK 09-MI001-SMU004	SMU 1781	18.1.2029
2	ETW, ETW-E	SK 12-MI001-SMU024	SMU 1781	12.12.2032
3	Unimeter UP6000	SK 13-MI001-SMU030	SMU 1781	7.8.2033
4	UP-WG-O	SK 15-MI001-SMU037	SMU 1781	12.3.2035
5	VTZ/BWZ	SK 15-MI001-SMU039	SMU 1781	11.4.2035
6	MNR, MNRS	SK 15-MI001-SMU042	SMU 1781	21.1.2036
7	WP-WG-W	SK 18-MI001-SMU055	SMU 1781	4.4.2028
8	MTK, MTW, MT-E (MTK-E, MTW-E)	SK 20-MI001-SMU060	SMU 1781	2.4.2030
9	VTZ-MIN, VTZ-MIN-E	SK 25-MI001-SMU086	SMU 1781	12.12.2035

Skúšobné zariadenia/ označenie typu:

Testing equipment/ Type designation:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) MT30/15-50 | S/N 110135 |
| 2) SV GS500/DN50-DN200 | S/N 130071 |
| 3) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20190306 |
| 4) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20190506 |
| 5) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20190507 |
| 6) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20190508 |
| 7) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20230705 |
| 8) DM-WSAD DN15-DN25 | S/N DMT20230706 |
| 9) DM-WSAD DN15-DN50 | S/N DMT20220423 |
| 10) DM-WSAD DN32-DN50 | S/N DMT20240506 |
| 11) DM-WSAD DN40-DN200 | S/N DMT20210802 |
| 12) LJS DN15-DN25 | S/N 20230304 |
| 13) DM-WSAD-PT DN15-DN25 | S/N DMT20250420 |
| 14) DM-WSAD-PT DN15-DN25 | S/N DMT20250421 |
| 15) DM-WSAD-PT DN15-DN25 | S/N DMT20250820 |
| 16) DM-WSAD-PT DN15-DN25 | S/N DMT20250821 |
| 17) DM-WSAD 40-125 | S/N DMT20240603 |



Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát č. SK 26-QD-SMU016, Revízia 0 zo dňa 27. januára 2026
The Certificate No. SK 26-QD-SMU016, Revision 0 dated January 27, 2026

strana 3 z 3 strán
page 3 of 3 pages

Grafická podoba zabezpečovacej značky:
Graphical shape of security mark:



Poznámka:

Remarks:

Podkladom na vystavenie tohto certifikátu boli výsledky posúdenia a zistení vykonaných v súlade s postupom stanoveným v prílohe č. 2, Modul D, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z., uvedené v správe č. NO-165/25/D/R.

Systém kvality výrobcu je periodicky preverovaný v súlade s prílohou č. 2, Modul D, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z..

Výrobca je oprávnený umiestniť na meradlá vyrábané v súlade so schváleným systémom kvality identifikačný kód notifikovanej osoby 1781. Zásady používania certifikátu sú stanovené v dohode č. NO-165/26/D/A.

The results of appraisal and findings carried out in accordance with Annex II, Module D, Directive 2014/32/EU of the European Parliament and Council, are recorded in Report No. NO-165/25/D/R, with represent the base of issuing of this certificate.

The quality system of manufacturer is under permanent surveillance according to Annex II, Module D, of the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and Council.

The manufacturer is entitled to provide for the measuring instruments produced within the scope of this approved quality system the notified body identification number 1781. The principle of the use of certificate is given in agreement No. NO-165/26/D/A.

Nummer	QBC842	IAF-Scope	19, 29
Erstausgabe	28-09-2012 (ausgestellt von einer anderen Zertifizierungsstelle)	Gültig von	13-09-2024
Entscheidungserneuerung	13-09-2024	Gültig bis	14-09-2027
Ersetzt	Zertifikat QBC842 vom 24-06-2024		

Zertifikat für ein Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015

ABICert bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem
des Unternehmens



Wasser - Geräte GmbH

den Anforderungen der Norm ISO 9001:2015 für den folgenden
Geltungsbereich entspricht:

- Produktion, Konformitätsbewertung und Vertrieb von
Wasserzählern und Zubehör

ABICert S.a.s.
Antonio Bianco
Geschäftsführer



SGQ N° 103 A

Dieses Zertifikat besteht aus einer Seite und darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Dieses Zertifikat ist drei Jahre gültig solange die erforderlichen Überwachungsaudits sowie die erforderliche Re-Zertifizierung nach drei Jahren vorgenommen werden. Hinsichtlich dieses Zertifikates gelten die ABICert Bestimmungen RG-01 für die Zertifizierung von Managementsystemen. Diese Zertifizierung gilt für die nachfolgend genannten Bedieneinheiten. Für Auskünfte zu diesem Zertifikat erreichen Sie die Zertifizierungsstelle unter der Telefonnummer +39 085 9054311 oder der E-Mail-Adresse info@abicert.it.

ABICert S.a.s. von Blanco Antonio & Co.
Cucullo Ind. Estate
I-66026 Ortona CH
Standort
Via Roma 112, I-66010 Miglianico CH
Tel. +39 085 905 43 11 Fax +39 085 903 90 77
Webseite: www.abicert.it
E-mail: info@abicert.it

Unternehmen (Zentrale/ Niederlassung)
Wasser - Geräte GmbH
Max-Planck-Straße 20
D-78549 Spaichingen
Tel.: +49 7424 95990
Fax: +49 7424 959920
E-mail: info@wasser-geraete.de
Webseite: www.wasser-geraete.de



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 00125Q33500R6M/3302

We hereby certify that
Ningbo Wasser Geraete Co., Ltd.

Business Registration Number: 91330226726429666J

Registered Address: No.9 Xinxing Road, Chalu Industry, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Production Address: No.9 Xinxing Road, Chalu Industry, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China

by reason of its
Quality Management System
has been awarded this certificate for compliance with the standard
ISO 9001:2015

The Quality Management System Applies in the following area:

Design and Manufacture of DN15-DN200 Water Meters and Metal Fittings of Water Meters For Export

Certified since: December 14, 2007 Valid from: May 27, 2025 Valid until: July 2, 2028

After a surveillance cycle, the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by CQC.

Please access www.cqc.com.cn for checking validity of the certificate.

This certificate and its relevant information can query in the website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn).



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu

MEMBER OF



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

<http://www.cqc.com.cn>

A 0047631

2024年版



Storitve

Rešitve po meri

Od priprave računov za stroške ogrevanja in vode do prevzema tekočih plačil za vse stroške energije in vode ter drugih dodatnih stroškov v okviru tako imenovanega »neposrednega obračuna« do upravljanja in vzdrževanja ogrevalnih postaj – s skupino podjetij Messtechnik lahko računate na kompetentnega partnerja z večdesetletnimi izkušnjami.

Natančno obračunavanje stroškov ogrevanja in vode

Natančnost, zanesljivost in preglednost je zagotovljena v vseh fazah postopka. Vsi postopki obračunavanja so jasno navedeni, lahko razumljivi in privlačno oblikovani.

Neposredno obračunavanje: Celovita storitev »vse na enem mestu«

V okviru kompleta storitev »neposrednega obračuna« podjetje Messtechnik prevzame celotni plačilni promet za dobavo energije, opomine in izterjavo.

Spletni nadzor porabe energije

Spletni nadzor porabe energije omogoča podjetjem, ki upravljajo stavbe, in uporabnikom stanovanj, da pridobijo podatke o trenutni porabi, gibanju porabe in obračunih za ogrevanje in vodo.

Najsodobnejša tehnologija

Z daljinskim (radijskim) sistemom in sistemom modula M-Bus za daljinsko odčitavanje merilnih in distribucijskih naprav se skupina podjetij Messtechnik opira na najnovejšo tehnologijo. Obiski stanovanj za popis podatkov so odveč.

Kontakt

SLUŽBA ZA STORITVE ZA KUPCE:

SLO-2000 Maribor, Cesta k Tamu 65
Tel. št.: +386(0)651 01 59
info@mt-merilnatehnika.net | mt-merilnatehnika.net